

# ResMed Quattro FX

Wytnij wewnętrzną część przymiaru między dolną szarą linią, a górną częścią. Jedyнным mierzonym parametrem jest odstęp między nasadą nosa, a zagłębieniem nad brodą.

Podczas mierzenia, górna część przymiaru powinna dotykać nasady nosa, a dolna - w przypadku dobrania odpowiedniego rozmiaru - do zagłębienia nad brodą (tak jak na rysunku).



1 Inch  
2,54 cm

